



**Druckluftanschluss/ air pressure connection**

- Schlauch/ hose  $\varnothing 6 \times 1$
- Luftverbrauch/ air consumption  $\sim 150 \text{ L/h}$  5-6 bar

**Allgemeine Informationen/ general information**

- Ausrichtung/ alignment  $35^\circ - 45^\circ$
- Probenfächeröffnung/ sample fan opening  $120 \times 12 \text{ mm}$
- Auch Q16 Ausführung möglich/ Q16 flange possible too

Maßblatt/ dimension sheet	 E-mail: info@wn-niklas.de		
	Konstrukteur: Daniel Drews	Projektnummer:	
Probennehmer sampler	Datum: 07.12.2021	Maßstab: 1 : 2	1 / 1
	Typen Bezeichnung: 07-150		

This drawing is our property and may not be copied or shown to a third party without our permission.