



Druckluftanschluss / air pressure connection

- Schlauch / hose $\varnothing 6 \times 1$
- Luftverbrauch / air consumption $\sim 150 \text{ L/h}$ 5-6 bar

Allgemeine Informationen / general information

- Ausrichtung / alignment $35^\circ - 45^\circ$
- Probenfächeröffnung / sample fan opening $150 \times 12 \text{ mm}$
- Auch Q16 Ausführung möglich / Q24 flange possible too

Maßblatt	 E-mail: info@wn-niklas.de		
	Konstrukteur: Daniel Drews	Projektnummer:	
Probennehmer sampler	Datum: 07.12.2021	Maßstab: 1 : 2	1 / 1
	Typen Bezeichnung: 07-200		